

Zadavatel: 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s.
Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Petr Koška, MBA, Lukáš Schůrek, Ing. Jakub Schůrek
IČ: 28585330

310/2013/65

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 27.2.2015

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Název veřejné zakázky:

Ostravské centrum vývoje, testování a hodnocení rizika nových materiálů
– III. Etapa – Vybavení určené pro analýzu, odběr a aplikaci buněčného
materiálu

Ev. číslo veřejné zakázky:

405053

Předmět veřejné zakázky:

stavební práce dodávky služby

Druh zadávacího řízení:

nadlimitní otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "zákon") žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz

V zadávací Technické specifikaci spolu s položkovým rozpočtem pro část A je uvedeno u položky č. 71 pod označením T.E 71 s názvem C/rameno - daná technická specifikace tohoto zdravotnického prostředku.

Dotaz č. 1

Vzhledem k předpokládanému charakteru využití C ramene a jeho maximálnímu využití zobrazení - požaduje zadavatel zobrazení digitální substrakce, (DSA), MSA, RSA se sekvencí zobrazení 25 snímků/s. včetně dodání třetí nezávislé ovládací konzole pro možnost ovládaní v blízkosti stolu?

Odpověď č. 1 :

DSA zobrazení je nezbytné a je součástí dodávky. Přidání třetí konzole nepožadujeme a není součástí dodávky.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2

Vzhledem k předpokládanému charakteru využití C ramene - požaduje zadavatel i možnost dodávky pojízdného RTG stolu pro intervenční zákroky?

Odpověď č. 2 :

Nepožadujeme, není součástí dodávky.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 27. 2. 2015.

MCI SERVIS s.r.o.
Za zadavatele
Pod Vodojemem 2607

760 01 Zlín ..

JČ: 27718188

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností